

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成25年10月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	10月1日(火)	0.11
	10月8日(火)	0.13
	10月15日(火)	0.12
	10月22日(火)	0.12
	10月29日(火)	0.11
②南境界	10月1日(火)	0.14
	10月8日(火)	0.14
	10月15日(火)	0.14
	10月22日(火)	0.13
	10月29日(火)	0.14
③西境界	10月1日(火)	0.14
	10月8日(火)	0.13
	10月15日(火)	0.14
	10月22日(火)	0.13
	10月29日(火)	0.13
④北境界	10月1日(火)	0.10
	10月8日(火)	0.22
	10月15日(火)	0.12
	10月22日(火)	0.14
	10月29日(火)	0.19

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	10月14日(月)	0.14	0.14
	10月28日(月)	0.15	0.17
⑥計量棟	10月14日(月)	0.09	0.08
	10月28日(月)	0.10	0.11
⑦PSA棟横	10月14日(月)	0.13	0.13
	10月28日(月)	0.14	0.12
⑧1階玄関外	10月14日(月)	0.10	0.09
	10月28日(月)	0.14	0.15
⑨1階玄関内フロアー	10月14日(月)	0.09	0.09
	10月28日(月)	0.10	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	10月14日(月)	0.08	0.07
	10月28日(月)	0.08	0.08
⑪2階環境学習センター	10月14日(月)	0.08	0.09
	10月28日(月)	0.08	0.08
⑫2階研修室	10月14日(月)	0.08	0.08
	10月28日(月)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	10月14日(月)	0.09	0.07
	10月28日(月)	0.08	0.08
⑭4階見学者ホール	10月14日(月)	0.08	0.08
	10月28日(月)	0.08	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)